



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 78.01.13.000.М.000402.10.15 от 30.10.2015 г.

Условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения

1. Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ИКАР Плюс", Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Тазаева, д. 3, лит. А, помещение 23-Н
2. ФИО руководителя: генеральный директор Карасев Олег Викторович
3. Министерство, ведомство: нет
4. Вышестоящая организация: нет
5. Подразделение организации, получающее санитарно-эпидемиологическое заключение: рентгенодиагностический кабинет
6. ФИО руководителя подразделения: врач рентгенолог Чигидин Валентин Семёнович
7. Ограничительные условия: эксплуатация рентгеновских аппаратов допускается только при наличии системы радиовизиографии. Рабочая нагрузка рентгеновских аппаратов не должна превышать 40 (мА х мин)/нед. В соответствии с п. 3.2.7. СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)" СанПиН 2.6.1.1192-03 "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований" - допустимая мощность дозы (ДМД) рентгеновского излучения в пределах помещений, в которых проводятся рентгеновские исследования не должна превышать 0,3 мкГр/ч.

Место проведения работ: рентгенодиагностический кабинет, 1 этаж  
Вид источника: генерирующий  
Тип источника: рентгеновский дентальный аппарат с системой радиовизиографии  
Марка аппарата: "Heliodent Plus"  
Фирма, завод-изготовитель: "Сирона Дентал Системс", Германия  
Заводской номер: 29469/27624  
Год выпуска: 2015  
Год ввода в эксплуатацию: 2015  
Вид работ: рентгенография

Место проведения работ: рентгенодиагностический кабинет, 1 этаж  
Вид источника: генерирующий  
Тип источника: рентгеновский цифровой панорамный аппарат  
Марка аппарата: "ORTHOPHOS XG"  
Фирма, завод-изготовитель: "Сирона Дентал Системс", Германия  
Заводской номер: 631084/10721  
Год выпуска: 2014  
Год ввода в эксплуатацию: 2015  
Вид работ: рентгенография



Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)

Башкетова Наталья Семёновна

